


Tragbare UVC Desinfektionstasche

Bedienungsanleitung



Modell: HB-SB01

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung des Produkts sorgfältig und vollständig durch.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf, damit es zukünftig zur Verfügung steht.

Technische Spezifikationen

1. Produktbezeichnung: Tragbare UVC Desinfektionstasche
2. Modell: HB-SB01
3. LED Dioden: 12 Stück
4. Größe: 255 x 210 x 160 mm
5. Nettogewicht: 720 g
6. Stromversorgung: Micro-USB
7. Wellenlänge: 260 - 280 nm
8. Eingang: 5V == 2A

Lieferumfang

- 1) Desinfektionstasche
- 2) Bedienungsanleitung
- 3) USB-Kabel
- 4) Adapter

Ref. der häufigen Keime und der daraus resultierenden Krankheiten

Bakterien	Krankheiten, die verursacht werden können
Escherichia coli	Durchfall, Sepsis, Harnwegsinfektion usw.
Influenzavirus	Influenza, Vogelgrippe usw.
Eberthella typhi	Typhus, Gastroenteritis, Sepsis usw.
Bacillus dysenteriae	Enterische Infektionskrankheiten wie Hepatitis A und Hepatitis B.
Gonokokken	Urethritis, Zervizitis, Arthritis usw.
HFMD	Fieber, Hautausschlag, Myokarditis, Meningitis usw.
Norwalk-Viren	Infektiöser Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen usw.
Tuberkelbazillus	Tuberkulose, Entzündung usw.
Andere	Es wurden noch keine UV-resistenten Bakterien gefunden

Hinweis: Die oben genannten Inhalte sind Gegenstand der Wissenschaft der Pathobiologie.


Einführung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Aufbewahrungsterilisationsbox mit Sterilisations- und Desodorierungsfunktion durch UV-


Sterilisationstechnologie. Mit nur einem Knopfdruck starten Sie die 3 Minuten dauernde Schnellsterilisation und Desodorierung. Sterilisationsrate bis zu 99,9%.

Anwendung


1. Öffnen Sie den Reißverschluss und den Deckel der Box. Legen Sie das Gitter in die Tasche.




2. Legen Sie die zu desinfizierenden, trockenen Gegenstände flach in die Box. Nicht aufeinander legen oder stapeln.



3. Schließen Sie die Stromversorgung oder das Netzteil an und verschließen Sie die Box mit dem Reißverschluss.



4. Klicken Sie auf den Knopf, um die 3 Minuten dauernde Sterilisation und Desodorierung zu beginnen. Die Kontrollleuchte blinkt drei Minuten lang während der Sterilisation.



5. Nach der Sterilisation leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft. Die Gegenstände können herausgenommen werden.

Anwendungsbereich

Sterilisation der Oberflächen von (Gebrauchs-)Gegenständen, wie Unterwäsche, Kosmetikartikel, Babykleidung und Flaschen, Hygieneartikel usw.

Schutz und Sicherheit

Das UV-LED-Licht wird sofort ausgeschaltet, sobald die Sterilisationsbox geöffnet wird.

Sterilisationsprinzip

UV-C LED-Licht tötet Bakterien ab, indem es die DNA oder RNA zerstört, um deren Fortpflanzung und Vermehrung zu verhindern.

Statusinformation

Arbeitsstatus	Kontrollleuchte
Sterilisation beendet/Standby	An
Sterilisation	Blinkt
Ruhemodus	Aus

Hinweis: Der Ruhemodus ist aktiv und die Kontrollleuchte erlischt automatisch, wenn keine Handlung ausgeführt wird. Klicken Sie auf die Sterilisationstaste, um den Standby-Modus erneut aufzurufen.

Produkteigenschaften



Effiziente Sterilisation in nur 3 Minuten. Jederzeit und überall sterilisieren, um Keime fernzuhalten.



Ultraviolette Strahlen können die Molekularstruktur von DNA oder RNA in Bakterien und Viren zerstören, Zelltod und (oder) regenerativen Zelltod verursachen und erzielen so den Sterilisations- und Desinfektionseffekt.



LED-UV-Strahlen können auch den muffigen Geruch der Kleidung und geruchsverursachende Rückstände entfernen. Dies verlängert die Arbeitszeit entsprechend. (Der Eigengeruch eines Artikels kann nicht entfernt werden, der Effekt ist nicht erkennbar.)

Vorsicht

1. Stellen Sie vor der Sterilisation sicher, dass der Reißverschluss verschlossen ist.
2. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Adapter angeschlossen ist.
3. Drücken Sie auf den Knopf, um das Gerät aus dem Ruhezustand in den Standby-Modus zu holen.
4. Verwenden Sie einen spannungskonformen Adapter, sonst kann das Produkt beschädigt werden.
5. Legen Sie während des Gebrauchs keine starken Magnete in die Nähe der Box.
6. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.
7. Um den muffigen Geruch aus Kleidung zu entfernen, braucht das Gerät 2-3 Sterilisationszyklen.



Nicht auf die Box treten
Haut nicht dem UV-Licht aussetzen



Augen und



Nicht für Kinder geeignet
waschen oder einweichen



Nicht

Garantie und Service

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und sorgfältig durch und befolgen Sie die Anwendungsanweisungen genau. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann es zu Geräteschäden und Personenschäden kommen. Der Hersteller ist nicht für Sicherheits-, Zuverlässigkeits- und Leistungsprobleme und jegliche andere Überwachungsabweichung, Personenschäden oder Geräteschäden aufgrund von Fahrlässigkeit des Anwenders verantwortlich. Die Garantie des Herstellers deckt dies nicht ab.

Wir leisten 1 Jahr Garantie für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile
- für Mängel, die dem Kunden bereits beim Kauf bekannt waren
- bei Eigenverschulden des Kunden

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt.

Für die Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 1 Jahr ab Kaufdatum gegenüber der Novidion GmbH, Fuggerstr. 30, 51149 Köln, Germany geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei uns oder bei von uns autorisierten Werkstätten.

Weitergehende Rechte werden dem Kunden, aufgrund der Garantie, nicht eingeräumt.

Hersteller:

Health & Beauty (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Room 302, 7 Lanyuan Road, Zhangkengjing Community,
Guanhu

Street, Longhua District, Shenzhen, China.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Novidion GmbH

Fuggerstr. 30

51149 Köln

Tel.: 02203 – 9885 200

Fax: 02203 – 9885 206

info@novidion.de

www.pulox.de

WEEE-Registrierungsnummer: DE24355330


Sollten Sie beim Lesen dieser Anleitung Probleme haben,
so können Sie diese auch auf unserer Website
downloaden

<http://www.pulox.de/Anleitungen->

[Datenblaetter-Retouren](http://www.pulox.de/Anleitungen-)

Draagbare UVC LED Sterilisatiedoos

Gebruiksaanwijzing



Model: HB-SB01

Lees de instructies zorgvuldig en volledig door te lezen vooraleer uw toestel in gebruik te nemen. Bewaar de handleiding op een veilige locatie voor toekomstige referentie.

Technische specificaties

1. Productnaam: Draagbare UVC LED sterilisatiedoos
2. Model: HB-SB01
3. LED-dioden: 12 stuks
4. Afmeting: 255 x 210 x 160 mm
5. Nettogewicht: 720 g
6. Voeding: Micro-USB
7. Golflengte: 260 - 280 nm
8. Invoer: 5V == 2A

Leveringsomvang

- 1) Sterilisatiedoos
- 2) Gebruiksaanwijzing
- 3) USB-kabel
- 4) Adapter

Verwijzing naar gemeenschappelijke kiemen en de ziekten die daaruit voortkomen

Bacteriën	Ziekten die kunnen worden veroorzaakt
Escherichia coli	Diarree, sepsis, urineweginfectie, enz.
Influenzavirus	Influenza, vogelgriep, enz.
Eberthella typhi	Tyfus, gastro-enteritis, sepsis, enz..
Bacillus dysenteriae	Enterische infectieziekten zoals hepatitis A en B
Gonokokken	Urethritis, cervicitis, artritis, enz.
Hand-, voet- en mondziekte	Koorts, huiduitslag, myocarditis, meningitis, enz.
Norwalk-virussen	Infectieuze diarree, braken, buikpijn, enz.
Tuberculosebacterie	Tuberculose, ontsteking enz.
Andere	Er zijn nog geen UV-resistente bacteriën gevonden


Opmerking: De hierboven genoemde inhoud is onderwerp van de wetenschap van de pathobiologie.

Introductie


Dit product is een opslag sterilisatiedoos met een sterilisatie- en ontgeuringsfunctie door middel van UV-sterilisatietechnologie. Met één druk op de knop kunt u de 3 minuten durende snelle sterilisatie en ontgeuring starten. Sterilisatiegraad tot 99,9%.

Toepassing


1. Open de rits en het deksel van de doos. Plaats het raster in de zak.




2. Leg de droge voorwerpen die gedesinfecteerd moeten worden plat in de doos. Plaats ze niet op elkaar en stapel ze niet op elkaar.



3. Sluit de voeding of de netadapter aan en sluit de doos af met de rits.



4. Klik op de knop om het 3 minuten durende sterilisatie- en het ontgeuringsproces te starten. Het controlelampje knippert 3 minuten tijdens de sterilisatie.



5. Na de sterilisatie brandt het controlelampje permanent. De voorwerpen kunnen worden verwijderd.

Toepassingsbereik

Cosmetische artikelen, babykleding en flessen, hygiëneartikelen enz.

Bescherming en veiligheid

Het UV-LED-licht wordt direct na het openen van de sterilisatiedoos uitgeschakeld.

Sterilisatieprincipe

UV-C LED-licht doodt bacteriën door DNA of RNA te vernietigen om te voorkomen dat ze zich voortplanten en vermenigvuldigen.

Statusinformatie

Arbeidsstatus	Controlelampje
Sterilisatie voltooid/ stand-by	Brandt
Sterilisatie	Knippert
Slaap- of de uitstand	Uit

Opmerking: De slaap- of uitstand is actief en het indicatielampje gaat automatisch uit als er geen actie wordt ondernomen. Klik op de sterilisatieknop om weer in de slaapstand te komen.

Productkwalificaties



Efficiënte sterilisatie in slechts 3 minuten.
Steriliseer altijd en overal om ziektekiemen weg te houden.



Ultraviolette stralen kunnen de moleculaire structuur van DNA of RNA in bacteriën en virussen vernietigen, celdood en (of) regeneratieve celdood veroorzaken en zo het sterilisatie- en desinfectie-effect bereiken.



LED UV-stralen kunnen ook de muffe geur van kleding en geurveroorzakende residuen verwijderen. Hierdoor wordt de arbeidstijd dienovereenkomstig verlengd. (De inherente geur van een artikel kan niet worden verwijderd, het effect is niet merkbaar).

Let op

1. Zorg ervoor dat de rits gesloten is voor de sterilisatie.
2. Zorg ervoor dat de adapter voor gebruik is aangesloten.
3. Druk op de knop om het toestel van de slaapstand naar de stand-bystand te brengen.
4. Gebruik een spanningsconforme adapter, anders kan het product beschadigd raken.
5. Plaats geen sterke magneten in de buurt van de doos tijdens het gebruik.
- 6 Lees de instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats.
7. Om de muffe geur van kleding te verwijderen, heeft het apparaat 2-3 sterilisatiecycli nodig.



Niet stappen op de doos



Niet blootstellen ogen of huid direct te UV-C licht



Niet geschikt voor kinderen
of weken



Niet wassen

Garantie en service

Lees deze handleiding zorgvuldig en grondig door en volg de gebruiksaanwijzing precies op voordat u dit apparaat gebruikt. Het niet opvolgen van de bedieningsinstructies kan leiden tot schade aan de apparatuur en persoonlijk letsel. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor problemen met de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties en andere bewakingsafwijkingen, persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur als gevolg van nalatigheid van de gebruiker. Dit valt niet onder de garantie van de fabrikant.

Wij geven 1 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten van het product.

De garantie is niet van toepassing op:

- schade veroorzaakt door verkeerde bediening
- slijtdelen
- gebreken die bij de klant al bekend waren op het moment van aankoop
- eigen schuld van de klant

De wettelijke garanties van de klant blijven onaangetast door de garantie.

Voor het indienen van een garantieclaim binnen de garantieperiode dient de klant een aankoopbewijs te overleggen.

De garantie is geldig voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van aankoop en moet aan Novidion GmbH, Fuggerstr. 30, 51149 Köln, Germany worden voorgelegd.

In geval van een garantieclaim heeft de klant het recht om de goederen door Novidion of in door Novidion geautoriseerde werkplaatsen te laten repareren.

Verdere rechten worden op basis van de garantie niet aan de klant verleend.

Fabrikant:

Health & Beauty (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Room 302, 7 Lanyuan Road, Zhangkengjing Community,
Guanhu
Street, Longhua District, Shenzhen, China.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Novidion GmbH

Fuggerstr. 30

51149 Köln

Duitsland / Germany

Tel.: 02203 – 9885 200

Fax: 02203 – 9885 206

info@novidion.de

www.pulox.de


AEEA- registratienummer: DE24355330

Als u problemen heeft met het lezen van deze handleiding, kunt u deze ook downloaden van onze website:

<http://www.pulox.de/Anleitungen-Datenblaetter-Retouren>

Caja de esterilizador portátil UVC LED

Manual de usuario



Modelo: HB-SB01

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente y asegúrese de que entiende todo antes de usar el producto. Guarda el manual en un lugar seguro para referencias futuras.

Especificaciones

1. Nombre del producto: Caja de esterilizador portátil UVC LED
2. Modelo: HB-SB01
3. Diodos LED: 12 piezas
4. Tamaño: 255 x 210 x 160 mm
5. Peso neto: 720 g
6. Fuente de alimentación: Micro-USB
7. Longitud de onda: 260 - 280 nm
8. Voltaje de entrada: 5V == 2A

Alcance de suministro

- 1) Caja de esterilización
- 2) Manual de usuario
- 3) Cable USB
- 4) Adaptador

Referencia a los gérmenes frecuentes y las enfermedades que los acompañan

Bacterias	Infecciones más comunes
Escherichia coli	Diarrea, septicemia, infección urinaria, etc.
Influenzavirus	Gripe, gripe aviar, etc.
Bacillus de Eberth	Fiebre tifoidea, gastroenteritis, septicemia, etc.
Bacillus dysenteriae	Infecciones entéricas como hepatitis A y B
Gonococo	Uretritis, cervicitis, artritis, etc.
Fiebre aftosa humana	Fiebre, erupción cutánea, miocarditis, meningitis, etc.
Norwalk virus	Diarrea infecciosa, vómitos, dolor de estómago, etc.
Bacilo de Koch	Tuberculosis, inflamación, etc.
Otros	Aún no se han encontrado bacterias resistentes a los rayos UV


Nota: Los contenidos mencionados son objeto de la ciencia de la patobiología.

Introducción


Este producto es una caja de almacenamiento esterilización con función de esterilización y desodorización por tecnología UV. La esterilización y desodorización rápida se puede realizar en tan sólo tres minutos, simplemente pulsando un botón. La tasa de esterilización alcanza 99,9%.

Utilización


1. Abre la cremallera y la tapa de la caja. Ponga la rejilla en la caja.




2. Coloque los objetos secos a desinfectar en posición horizontal en la caja. No apile los objetos ni coloque otros objetos encima del otro.



3. Conecte la fuente de alimentación o el adaptador y cierre la caja con la cremallera.



4. Haga clic en el botón para iniciar el proceso de esterilización y desodorización de 3 minutos. La lámpara de control parpadea durante 3 minutos a lo largo de toda la esterilización.



5. Después de la esterilización, la lámpara de control se ilumina de manera permanente. Los objetos pueden ser extraídos de la caja.

Ámbito de aplicación

Esterilización de las superficies de objetos, como ropa interior, cosméticos, prendas y biberones de bebés, productos higiénicos, etc.

Protección y seguridad

La luz LED UV se apaga inmediatamente en cuanto se abre la caja de esterilización.

Principio de esterilización

La luz LED UV-C mata las bacterias destruyendo el ADN o el ARN para evitar que se reproduzcan y se multipliquen.

Información de estado

Estado de funcionamiento	Lámpara de control
Esterilización terminada/ modo espera (standby)	Prendida
Esterilización	Parpadeando
Modo reposo	Apagada

Nota: En el modo reposo la lámpara de control se apaga automáticamente si no se realiza ninguna acción. Haga clic en el botón de esterilización para volver al modo espera (standby).

Las propiedades del producto



Esterilización eficiente en sólo 3 minutos.
Esterilice en cualquier momento y en cualquier lugar para mantener gérmenes alejados.



Los rayos UV pueden destruir la estructura molecular del ADN o el ARN en bacterias y virus, produciendo la muerte de células germinales y la muerte celular regenerativa para lograr el efecto de la esterilización.



Los rayos UV/LED también pueden eliminar el olor a moho de la ropa y los residuos que causan el olor. Esto prolonga el proceso correspondientemente. (El olor propio de un artículo no se puede eliminar, el efecto no es perceptible).

Cuidado

1. Asegúrese de que la cremallera esté cerrada antes de la esterilización.
2. Asegúrese de que el adaptador esté conectado antes de cada uso.
3. Presione el botón para que el aparato conmute del modo reposo al modo espera.
4. Utilice un adaptador que cumpla con el voltaje, de lo contrario, se podrían caer o el producto podría romperse y producir lesiones.
5. No coloque imanes fuertes cerca de la caja durante su uso.
6. Lea atentamente las instrucciones antes de usar la caja de esterilizador y guárdalas en un lugar seguro.
7. Para eliminar el olor a moho de la ropa, el aparato necesita 2 o 3 ciclos de esterilización.



No pise la caja



No exponga los ojos o la piel directamente a la luz UV.



No adecuado a los niños
ponga el aparato en agua.



No lave ni

Garantía y servicio

Lea este manual atentamente y en detalle y siga exactamente las instrucciones de uso. Su incumplimiento puede ocasionar daños personales o materiales. El fabricante no se hace responsable por las consecuencias sobre la seguridad, fiabilidad y rendimiento, ni por los problemas de supervisión, daños personales o materiales que se deban a una negligencia y un descuido del usuario. Ofrecemos una garantía de 1 año contra defectos de material y fabricación del producto.

La garantía no se aplica:

- en caso de daños causados por el uso inadecuado
- para las piezas de desgaste
- para los defectos que eran evidentes en el momento de la compra
- lesiones personales causadas con culpabilidad

Los derechos legales del consumidor no se ven afectados.

Para hacer valer una reclamación durante el período de garantía, el usuario debe presentar un comprobante de compra para procesar la aprobación.

Las reclamaciones de la garantía deben ser hechas durante un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra la Novidion GmbH, Fuggerstr. 30, 51149 Köln, Alemania. En caso de una reclamación de garantía, el cliente tiene derecho a que el producto sea reparado de Novidion o de otro taller autorizado por Novidion.

A parte de los derechos que se reconocen en la garantía, al usuario no se le ceden otros, sean del tipo que sean.

Fabricante:

Health & Beauty (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Room 302, 7 Lanyuan Road, Zhangkengjing Community,
Guanhu

Street, Longhua District, Shenzhen, China.

Si tiene cualquier duda, por favor, póngase en contacto
con:

Novidion GmbH

Fuggerstr. 30

51149 Köln

Alemania / Germany

Tel.: 02203 – 9885 200

Fax: 02203 – 9885 206

info@novidion.de

www.pulox.de


Número de registro RAEE: DE24355330

Si surgiera cualquier pregunta o problema al leer este
Manual, puede simplemente descargarlo aquí:

[http://www.pulox.de/Anleitungen-
Datenblaetter-Retouren](http://www.pulox.de/Anleitungen-Datenblaetter-Retouren)

Boîte de stérilisation portable UVC LED

Mode d'emploi



Modèle : HB-SB01

Veillez lire attentivement les instructions suivantes et vous assurer que vous avez bien tout compris avant d'utiliser le produit.

Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Spécifications

1. Nom du produit : Boîte de stérilisation portable UVC LED
2. Modèle : HB-SB01
3. Diodes LED : 12 pièces
4. Taille : 255 x 210 x 160 mm
5. Poids net : 720 g
6. Alimentation électrique : Micro-USB
7. Longueur d'onde : 260 - 280 nm
8. Tension d'entrée : 5V == 2A

Volume de livraison

1. Boîte de stérilisation
2. Mode d'emploi
3. Câble USB
4. Adaptateur

Référence aux germes communs et aux maladies qui les accompagnent

Bactéries	Les maladies les plus courantes
Escherichia coli	Diarrhée, sepsis, infection urinaire, etc.
Virus de l'influenza	Influenza, grippe aviaire, etc.
Bacille d'Eberth	Fièvre typhoïde, gastroentérite, sepsis, etc.
Shigella dysenteriae	Infections virales comme l'hépatite A et B
Gonocoque	Urétrite, cervicite, arthrite, etc.
Syndrome pieds-mains-bouche	Fièvre, éruption cutanée, myocardite, méningite, etc.
Virus de Norwalk	Diarrhée infectieuse, vomissements, maux d'estomac , etc.
Bacille de Koch	Tuberculose, inflammation, etc.
Autres	Aucune bactérie résistante aux UV n'a encore été trouvée.


Remarque : Les contenus mentionnés ci-dessus font l'objet de la science de la pathobiologie.

Introduction


Ce produit est une boîte de stockage de stérilisation avec la fonctionnalité de stérilisation et de désodorisation par technologie UV. La stérilisation et la désodorisation rapides peuvent être effectuées en seulement trois minutes, en appuyant simplement sur un bouton. Le taux de stérilisation atteint 99,9 %.

Utilisation de l'appareil


1. Ouvrez la fermeture éclair et le couvercle de la boîte, puis mettez la grille dans la boîte.




2. Placez les objets secs à désinfecter en position horizontale dans la boîte. N'empilez pas les objets les uns sur les autres.



3. Connectez l'alimentation et branchez-le sur l'adaptateur, puis fermez la boîte avec la fermeture éclair.



4. Appuyez sur le bouton de stérilisation pour lancer le processus de stérilisation et de désodorisation d'une durée de trois minutes. La lampe témoin clignote pendant trois minutes, tout au long du processus de stérilisation.



5. Après la stérilisation, la lampe témoin s'allume en permanence. Les objets peuvent être retirés de la boîte.

Champ d'application

Stérilisation des surfaces d'objets, tels que les sous-vêtements, les cosmétiques, les vêtements et biberons pour bébés, les produits d'hygiène, etc.

Protection et sécurité

La lumière UVC LED s'éteint immédiatement lors de l'ouverture de la boîte de stérilisation.

Principe de stérilisation

La lumière UVC LED tue les bactéries en brisant l'ADN ou l'ARN pour prévenir leur reproduction et leur propagation.

Informations d'état

État de fonctionnement	Lampe témoin
Stérilisation terminée/mode veille	Allumée
Stérilisation	Clignotant
Mode inactif	Éteinte

Remarque : en mode veille, la lampe témoin s'éteint automatiquement si aucune mesure n'est prise. Si vous souhaitez activer le mode veille, appuyez sur la touche de stérilisation.

Caractéristiques du produit



Stérilisation efficace en seulement 3 minutes.
Stérilisez à tout moment et en tout lieu pour éviter les germes.



Les rayons UV peuvent détruire la structure moléculaire de l'ADN ou de l'ARN des bactéries et des virus, produisant la mort des cellules germinales et la



Les rayons UV/LED peuvent également éliminer l'odeur de moisi des vêtements et les résidus qui provoquent cette odeur. Cela prolonge le processus en conséquence (l'odeur inhérente d'un article ne peut pas être éliminée, l'effet n'est pas perceptible).

Attention

1. Assurez-vous que la fermeture éclair est bien fermée avant la stérilisation.
2. Assurez-vous que l'adaptateur est branché et reste branché correctement avant chaque utilisation.
3. Appuyez sur le bouton pour faire passer l'appareil du mode veille au mode inactif.
4. Utilisez un adaptateur conforme à la tension, sinon le produit peut se casser.
5. Ne placez pas d'aimants puissants près de la boîte pendant l'utilisation.
6. Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser la boîte de la stérilisation et conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
7. L'appareil nécessite 2 ou 3 cycles de stérilisation pour éliminer l'odeur de moisissure des vêtements.



Ne marchez pas sur la boîte
les yeux ou la peau directement aux
rayons UV



N'exposez pas



Ne convient pas aux enfants
mettez pas l'appareil dans l'eau



Ne lavez ou

Garantie et service

Lisez attentivement et soigneusement ce mode d'emploi et suivez les consignes qui y figurent. Le non-respect du mode d'emploi peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Le fabricant ne sera pas tenu responsable et l'acheteur s'engage à indemniser et à dégager de toute responsabilité le fabricant pour toutes questions de sécurité, de fiabilité et de performance et tout autre écart de surveillance, et toutes formes de blessures ou dommages matériels consécutif à l'utilisation par l'acheteur de l'un des produits du fabricant.

Nous offrons une garantie d'un an contre les défauts de matériel et de fabrication.

La garantie ne s'applique pas :

- en cas de dommages causés par traitement incorrect du produit
- pour les pièces d'usure
- pour les défauts qui étaient évidents au moment de l'achat
- en cas de dommages qui résultent de la faute de l'acheteur

Les droits légaux du consommateur ne sont pas affectés. Pour faire faire un recours en garantie pendant la période de garantie ou pour obtenir des renseignements sur la garantie, il est nécessaire de joindre le justificatif d'achat au produit défectueux.

Les demandes de garantie doivent être faites pour une période d'un an à compter de la date d'achat originale auprès de Novidion GmbH, Fuggerstr. 30, 51149 Köln, Allemagne. En cas de réclamation au titre de la garantie ou d'autres créances, l'acheteur a le droit de faire réparer le produit par Novidion ou aux autres ateliers agréés par Novidion.

Les autres droits de l'acheteur sont exclus par cette garantie.

Fabricante :

Health & Beauty (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Room 302, 7 Lanyuan Road, Zhangkengjing Community,
Guanhu

Street, Longhua District, Shenzhen, China.

Pour toute question, veuillez-vous adresser à :

Novidion GmbH

Fuggerstr. 30

51149 Köln

Allemagne / Germany

Tel. : 02203 – 9885 200

Fax : 02203 – 9885 206

info@novidion.de

www.pulox.de

Numéro d'enregistrement DEEE : DE24355330


Si vous ne comprenez pas certaines parties de ce manuel, vous pouvez le télécharger ici :

<http://www.pulox.de/Anleitungen->

[Datenblaetter-Retouren](http://www.pulox.de/Anleitungen-Datenblaetter-Retouren)

Scatola sterilizzatore UVC LED portatile

Istruzioni per l'uso



Modello: HB-SB01

Leggere attentamente e completamente le presenti istruzioni prima di usare il prodotto. Conservare il manuale in un luogo sicuro e a portata di mano per successive consultazioni.

Specifiche tecniche

1. Nome del prodotto: Scatola sterilizzatore UVC LED portatile
2. Modello: HB-SB01
3. Diodi LED: 12 pezzi
4. Dimensioni: 255 x 210 x 160 mm
5. Peso netto: 720 g
6. Alimentazione elettrica: Micro-USB
7. Lunghezza d'onda: 260 - 280 nm
8. Ingresso: 5V == 2A

Ambito di fornitura

- 1) Scatola di sterilizzazione
- 2) Istruzioni per l'uso
- 3) Cavo USB
- 4) Adattatore

Riferimento dei germi comuni e delle malattie che ne derivano

Batteri	Malattie che possono essere causate
Escherichia coli	Diarrea, sepsi, infezione delle vie urinarie, ecc.
Virus influenzale	Influenza, influenza aviaria, ecc.
Bacillo di Eberth	Febbre tifoide, gastroenterite, sepsi, ecc.
Bacillus dysenteriae	Malattie infettive enteriche, come l'epatite A e B
Gonococco	Uretrite, cervicite, artrite, ecc.
Malattia mano-piede-bocca (MMPB)	Febbre, eruzione cutanea, miocardite, meningite, ecc.
Virus di Norwalk	Diarrea infettiva, vomito, dolori addominali, ecc.
Bacillo di Koch	Tubercolosi, infiammazione, ecc.
Altro	Tuttavia, non sono stati <i>trovati batteri resistenti ai raggi UV</i>


Nota: I contenuti di cui sopra sono oggetto della scienza della patobiologia.

Introduzione


Questo prodotto è una scatola di immagazzinamento sterilizzatore UVC LED portatile con funzione di sterilizzazione e deodorizzazione con tecnologia di sterilizzazione UV. Con una semplice pressione di un pulsante è possibile avviare la sterilizzazione e la deodorazione rapida di 3 minuti. Tasso di sterilizzazione fino al 99,9%.

Applicazione


1. Aprire la cerniera lampo e il coperchio della scatola, e mettere la griglia nella scatola.




2. Posizionare gli oggetti secchi da disinfettare in posizione orizzontale nella scatola. Non impilare gli oggetti uno sopra l'altro.



3. Collegare l'alimentatore e collegarlo all'adattatore, quindi chiudere la scatola con la cerniera lampo.



4. Cliccare sul pulsante per avviare il processo di sterilizzazione e deodorazione di 3 minuti. La spia luminosa lampeggia per tre minuti durante tutto il processo di sterilizzazione.



5. Dopo la sterilizzazione, la spia si accende in modo permanente. Gli oggetti possono essere rimossi dalla scatola.

Ambito di applicazione

Sterilizzazione delle superfici degli oggetti, come biancheria intima, cosmetici, vestiti e biberon, prodotti per l'igiene, ecc.

Protezione e sicurezza

La luce UV-LED si spegne immediatamente non appena la scatola di sterilizzazione viene aperta.

Principio di sterilizzazione

La luce ultravioletta uccide germi e batteri distruggendo il DNA e l'RNA per impedirne la riproduzione e la diffusione.

Informazioni sullo stato

Stato di funzionamento	Spia luminosa
Sterilizzazione finita/standby	Accesa
Sterilizzazione	Lampeggia
Modo inattivo	Spenta

Nota: In modo inattivo, l'indicatore luminoso si spegne automaticamente se non si interviene. Se si desidera attivare il modo standby, premere il tasto di sterilizzazione.

Caratteristiche del prodotto



Sterilizzazione efficiente in soli 3 minuti.
Sterilizzare sempre e ovunque per tenere lontani i germi.



I raggi UV possono distruggere la struttura molecolare del DNA o RNA di batteri e virus, producendo la morte delle cellule germinali e la morte delle cellule rigenerative per ottenere l'effetto della sterilizzazione.



I raggi UV del LED possono anche rimuovere l'odore di muffa dei vestiti e i residui che causano l'odore. Questo prolunga il tempo di lavoro di conseguenza. (L'odore intrinseco di un articolo non può essere rimosso, l'effetto non è percepibile).

Attenzione

1. Assicurarsi che la cerniera sia chiusa prima della sterilizzazione.
2. Assicurarsi che l'adattatore sia collegato prima dell'uso.
3. Premere il pulsante per portare l'unità del modo inattivo al modo standby.
4. Utilizzare un adattatore conforme alla tensione, altrimenti il prodotto potrebbe essere danneggiato.
5. Non posizionare forti magneti vicino alla scatola durante l'uso.
6. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro.
7. Per rimuovere l'odore di muffa dai vestiti, il dispositivo necessita di 2-3 cicli di sterilizzazione.



Non calpestare la scatola
gli occhi o la pelle direttamente alla
radiazioni UV



Non esporre



Non adatto ai bambini
non bagnare con acqua



Non lavare e

Garanzia e servizio

Leggere attentamente ed accuratamente il presente manuale e seguire esattamente le istruzioni per l'uso; in caso contrario, è possibile causare danni alle apparecchiature e lesioni personali. Il produttore ne è responsabile per problemi di sicurezza, affidabilità e prestazioni, ne per qualsiasi altra deviazione di monitoraggio, lesioni personali o danni alle apparecchiature dovuti a negligenza dell'utente. Questo non è coperto dalla garanzia del produttore. Forniamo una garanzia di 1 anno per i difetti di materiale e di fabbricazione del prodotto.

La garanzia non è valida:

- in caso di danni causati da un uso improprio
- per le parti soggette ad usura
- per difetti già noti al cliente al momento dell'acquisto
- in caso di colpa del cliente

Le garanzie legali del cliente rimangono inalterate dalla garanzia.

Per l'affermazione di un diritto di garanzia entro il periodo di garanzia, il cliente deve fornire la prova d'acquisto. La garanzia deve essere fatta valere entro 1 anno dalla data di acquisto nei confronti di Novidion

GmbH, Fuggerstr. 30, 51149 Köln, Germania. In caso di richiesta di garanzia, il cliente ha il diritto di far riparare il prodotto presso Novidion o presso altre officine autorizzate Novidion.

Ulteriori diritti non sono concessi al cliente sulla base della garanzia.

Fabbricante:

Health & Beauty (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Room 302, 7 Lanyuan Road, Zhangkengjing Community,
Guanhu

Street, Longhua District, Shenzhen, Cina.

In caso di ulteriori domande, Vi preghiamo di non esitare a rivolgervi a:

Novidion GmbH

Fuggerstr. 30

51149 Köln

Germania / Germany

Tel.: 02203 – 9885 200

Fax: 02203 – 9885 206

info@novidion.de

www.pulox.de

Numero di registrazione RAEE: DE24355330

Se avete problemi a leggere questo manuale, potete anche scaricarlo dal nostro sito web:

<http://www.pulox.de/Anleitungen->

[Datenblaetter-Retouren](http://www.pulox.de/Anleitungen-Datenblaetter-Retouren)